

APPENDICE A: CIRCOLARE MINISTERIALE

MINISTERO DELLA SANITÀ
DIR. GEN. SERV. FARM. - DIV. VII

CIRCOLARE N. 55 Roma 15 giugno 1983

N. 800.7 F. AG. 156/380
Riferito al foglio del
N. 3

OGGETTO: Installazione nelle farmacie di apparecchi automatici per la misurazione della pressione e per la determinazione della glicemia.

... indirizzi omissi ...

Come è noto, con circolare n. 30 del 28 marzo 1980, si dette comunicazione delle prime valutazioni espresse dal Consiglio Superiore di Sanità sulla installazione in farmacia di apparecchi per la misurazione automatica della pressione.

Il predetto alto Consesso ha, di recente, sottoposto a più approfondita valutazione la questione di cui trattasi. Dopo aver rilevato che il controllo preesortico da parte dei pazienti può costituire un utile ausilio nel monitoraggio della terapia ipertensiva e che l'impiego di tale procedura risulta svente da "rischi", ha espresso parere favorevole all'installazione nelle farmacie di apparecchi automatici per la misurazione della pressione arteriosa, alla condizione però che le apparecchiature suddette siano sottoposte a frequenti controlli tecnici per garantirne la buona funzionalità ai fini dell'attendibilità dei dati.

Sotto quest'ultimo profilo, il Consiglio Superiore di Sanità ha richiamato l'attenzione sulla normativa prevista dalla legge 12 agosto 1982, n. 587, auspicando che nelle more dell'attuazione di detta legge, si farmacisti vengano sensibilizzati dai relativi ordini professionali sull'opportunità di provvedere alla revisione tecnica della strumentazione in loro possesso.

Nell'occasione, si comunica che recentemente il predetto Consiglio si è, invece, espresso in senso contrario alla installazione in farmacia di apparecchi per la determinazione estemporanea della glicemia, ritenendo che il loro uso richieda una adeguata preparazione culturale da parte del paziente, che le modalità del prelievo dei campioni di sangue non escludano possibili inconvenienti e che il giudizio del ri

Come è evidente da questa circolare del 1983, è fatto obbligo di sottoporre gli Sfigmomanometri utilizzati in farmacia a frequenti controlli. Per questo apparecchio la frequenza di controllo adeguata è di 6 mesi.